



Be Right™

## Rapporto Prestazioni

Hach Lange S.r.l., Via Rossini 1/A, 20020 Lainate (MI)

CIPNES "GALLURA"

Loc. Cala Saccaia Z.I.  
IT 07026 OLBIA (OT)

Ns. rif.:

WO-01283730 - K 383969

service-it@hach.com

Related ERP Invoice Recipient & Contact	ERP Customer
CIPNES "GALLURA"	CIPNES "GALLURA"
Loc. Cala Saccaia Z.I. IT 07026 OLBIA (OT)	Loc. Cala Saccaia Z.I. IT 07026 OLBIA (OT)
Greggio	
a.greggio@cipnes.it	

### Dettagli ordine di lavoro

Order Type	Maintenance	Data e ora di conclusione dell'attività	07/07/2022
Technician	Nicola Altieri	Work Order Group	
Master Contract	SeSo-30690-2	PO Number	3383/2022
		CIG	

### Strumentazione Assistita

Product Code- Serial/Lot Number- Asset Location	Product Description	PO Number- Asset Tag	Contract Name/Number	External Service Notes
LXG418.00.50000- 1554418-	UVAS plus sc probe - 5mm (LANGE)	-	SeSo-30690-2- S-FIEP1-UVASSC - SeSo-30690-2	Eseguita routine di manutenzione e calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona regolarmente.
LXV416.99.20001- 161300000004-	LDO sc Process sensor for dissolved - oxygen.	-	SeSo-30690-2- S-FIEP1-LDO - SeSo-30690-2	Eseguita routine di manutenzione e calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona regolarmente.
DPD1P1.99- 1909445341-	Sensore pH serie pHDsc, corpo in	-	SeSo-30690-2- S-FIEP1-PHDSC - SeSo-30690-2	Eseguita routine di manutenzione e calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona regolarmente.

	PE - EK, att. Filett 1" NPT					
LXV416.99.20001~ 193360000061~	LDO sc Process sensor for dissolved - oxygen.	-	-		Eseguita routine di manutenzione e calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona regolarmente.	
LXV416.99.20001~ 193360000088~	LDO sc Process sensor for dissolved - oxygen.	-	-		Eseguita routine di manutenzione e calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona regolarmente.	
DPD1P1.99~ 1910430741~	Sensore pH serie pHDsc, corpo in PE - EK, att. Filett 1" NPT	-	-		Eseguita routine di manutenzione e calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona regolarmente.	

### Spese

Product Code	Description	Product Serviced	Line Qty	Line Price Per Unit	Discount in %	Total Billable Line Price
S-FIEP1-UVASSC	Field Plus Service - Sensore UVAS sc	1554418-UVAS plus sc	1,00	1.245,00EUR		1.245,00EUR
S-FIEP1-LDO	Field Plus Service - LDO sc	161300000004-LDO	1,00	419,00EUR	0	419,00EUR
S-FIEP1-PHDSC	Field Plus Service - PHD sc	1909445341-Digital Differential pH	1,00	374,00EUR	0	374,00EUR
S-FIEP1-LDO	Field Plus Service - LDO sc		1,00	419,00EUR	0	419,00EUR
S-FIEP1-PHDSC	Field Plus Service - PHD sc		1,00	374,00EUR	0	374,00EUR
S-FIEP1-LDO	Field Plus Service - LDO sc		1,00	419,00EUR	0	419,00EUR
Totale parziale						3.250,00EUR

### Dettagli attività

Product Code	Description	Product Serviced	Line Qty	Line Price Per Unit	Discount in %	Total Billable Line Price
Totale parziale						0,00EUR

### Ricambi utilizzati

Product Code	Description	Product Serviced	Line Qty	Line Price Per Unit	Discount in %	Total Billable Line Price
9021150	Ersatz Sensorkappe kit vor LDO sc - (Model 2)	161300000004-LDO	1,00	0,00EUR	0	0,00EUR
SB-P1SV	Ponte salino corpo in PEEK, giunzio - ne PVDF, O-ring Viton	1909445341-Digital Differential pH	1,00	0,00EUR	0	0,00EUR
LZX850	Cavo di prolunga da 15 m per sensor	1909445341-Digital	1,00	259,00EUR	0	259,00EUR

	- sc100/sc1000	Differential pH					
9021150	Ersatz Sensorkappe kit vor LDO sc - (Model 2)	193360000061-LDO	1,00	0,00EUR	0	0,00EUR	
9021150	Ersatz Sensorkappe kit vor LDO sc - (Model 2)	193360000088-LDO	1,00	0,00EUR	0	0,00EUR	
SB-P1SV	Ponte salino corpo in PEEK, giunzio - ne PVDF, O-ring Viton	1910430741-Digital Differential pH	1,00	0,00EUR	0	0,00EUR	

Totale parziale 259,00EUR

Totale 3.509,00EUR

Firma del cliente:



Firma del Tecnico: